



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ИМ-7.117850

Настоящее удостоверение выдано

ООО Петр Телегин, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

и является подтверждением того, что Министерством здравоохранения Республики Беларусь зарегистрированы

**Комплекс программно-аппаратный суточного мониторингирования АД «БиПиЛАБ» по ТУ 9441-002-39238870-2010 с принадлежностями;
см. приложение, всего номеров регистрации - 2**

Тип:

медицинская техника

Производитель:

ООО Петр Телегин, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Адрес: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 37Д, пом. П1

Производственная площадка:

ООО «Петр Телегин», РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Адрес: 603009, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 37Д, помещ. П1

и разрешены к производству, реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь

В соответствии с руководством по эксплуатации

Регистрационный номер:

Мт-7.122147-2503

Регистрационное удостоверение не является обязательством к закупке данных изделий медицинской техники.

Дата государственной регистрации:

27.08.2025 г.

Действительно до:

бессрочно

Заместитель Министра

А.Г. Старовойтов

Лашина НБ

№ 0043553

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ № ИМ-7.117850

Всего наименований:

2

Страница: 2

Страниц: 3

Изготовитель: ООО Петр Телегин, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

№	Номер регистрации	Наименование, нормативный документ, код:
1	Мт-7.122147-2503	Комплекс программно-аппаратный суточного мониторинга АД «БиПиЛАБ» по ТУ 9441-002-39238870-2010 с принадлежностями в составе: кабель связи монитора с компьютером для USB-порта – не более 140 шт.; программное обеспечение для анализа данных суточного мониторинга АД BPLab (стандартная или расширенная редакция), руководство пользователя и методическое руководство на компакт диске CD – не более 14 шт.; адаптер Bluetooth Acorp WBD2-A2 (2.0); программный модуль «Анализ ригидности артерий при суточном мониторинге»; программный модуль «Анализ центрального аортального давления при суточном мониторинге»; программный модуль «Определение вероятности наличия скрытой АГ по результатам суточного мониторинга АД»; программный модуль «Формирование текстовых заключений по результатам суточного мониторинга АД»; программный модуль «Импорт из Schiller BR-102»; программный модуль «Импорт из Schiller BR-102 Plus»; программный модуль «Импорт из SpaceLabs»; программный модуль «Импорт из Accutacker, Oscar-2, Pressure Tracker»; программный модуль «Определение лодыжечно-плечевого индекса в условиях диагностического кабинета»; программный модуль «Анализ центрального аортального давления в условиях диагностического кабинета»; программный модуль «Анализ ригидности артерий в условиях диагностического кабинета»; монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "Н" – не более 20 шт.; монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "К" – не более 20 шт.; монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "А" – не более 20 шт.; монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "В" – не более 20 шт.; монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "АВ" – не более 20 шт.; монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "АК" – не более 20 шт.; монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "АКВ" – не более 20 шт.; чехол с поясным и плечевым ремнем (BP.005.002) – не более 140 шт.; чехол с поясным и плечевым ремнем (BP.M000.002) – не более 140 шт.; манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой для взрослых, 24-32 см – не более 280 шт.; манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой для взрослых, 28-40 см – не более 280 шт.; манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой большая для взрослых, 32-42 см – не более 280 шт.; манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой радиусная для взрослых, 38-50 см – не более 280 шт.; манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой бедренная для взрослых, 45-60 см – не более 280 шт.; манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой малая для детей, 12-16 см – не более 280 шт.; манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой средняя для детей, 16-24 см – не более 280 шт.; прищепка для манжеты – не более 140 шт.; шланг удлинительный (BP.M000.003) – не более 140 шт.;



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ИМ-7.117850

Всего наименований:

2

Страница: 3

Страниц: 3

Изготовитель: **ООО Петр Телегин, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

№	Номер регистрации	Наименование, нормативный документ, код:
---	-------------------	--

датчик тонов Короткова (BP.M000.006) – не более 60 шт.;
аккумулятор "Ansmann Max-E" типоразмера AA с номинальным напряжением 1,2 В и номинальной емкостью не менее 2100 мА*ч – не более 560 шт.;
зарядное устройство "Ansmann Max-E" – не более 280 шт.;
устройство для чтения карт памяти MicroSD Transcend* - не более 140 шт.;
программное обеспечение TEST005;
пневмопровод технологический (BP.M000.007);
кабель технологический (BP.M000.008).

- 2 Мт-7.122147/7.002-|Комплекс программно-аппаратный суточного мониторингирования АД
2503 «БиПиЛАБ» по ТУ 9441-002-39238870-2010 с принадлежностями:
принадлежности:

программное обеспечение для анализа данных суточного мониторингирования АД BPLab (стандартная или расширенная редакция), руководство пользователя и методическое руководство на компакт диске CD;
программный модуль «Анализ ригидности артерий при суточном мониторингировании»;
программный модуль «Анализ центрального аортального давления при суточном мониторингировании»;
программный модуль «Определение вероятности наличия скрытой АГ по результатам суточного мониторингирования АД»;
программный модуль «Формирование текстовых заключений по результатам суточного мониторингирования АД»;
программный модуль «Импорт из Schiller BR-102»;
программный модуль «Импорт из Schiller BR-102 Plus»;
программный модуль «Импорт из SpaceLabs»;
программный модуль «Импорт из Accutacker, Oscar-2, Pressure Tracker»;
программный модуль «Определение лодыжечно-плечевого индекса в условиях диагностического кабинета»;
программный модуль «Анализ центрального аортального давления в условиях диагностического кабинета»;
программный модуль «Анализ ригидности артерий в условиях диагностического кабинета»;
монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "Н";
монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "К";
монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "А";
монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "В";
монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "АВ";
монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "АК";
монитор носимый АД "БиПиЛАБ-М" в варианте комплектации "АКВ";
чехол с поясным и плечевым ремнем (BP.005.002);
чехол с поясным и плечевым ремнем (BP.M000.002);
прищепка для манжеты;
шланг удлинительный (BP.M000.003);
датчик тонов Короткова (BP.M000.006);
программное обеспечение TEST005;
пневмопровод технологический (BP.M000.007);
кабель технологический (BP.M000.008).

Всего наименований: 2

Заместитель Министра

№ 0043554

А.Г. Старовойтов

